



Configuración de la Consola Kelvi Pro



Como Ponerse el Smart Wrap™




Preparar un Tratamiento*



9 Seleccione el tipo de tratamiento

En la pantalla, seleccione **Single Temperature** para un tratamiento a temperatura constante.

Seleccione **Contrast** para un tratamiento alternando frio and calor.




10 Seleccione temperatura y duración del tratamiento

Presione **Cool** o **Heat**, después seleccione temperatura y duración del tratamiento.

Ponga un límite de tiempo o elija **Continuous**.

Presione **Start** para iniciar el tratamiento.

Durante el tratamiento, el Smart Wrap™ puede ser ajustado de acuerdo con la necesidad y el confort.




11 Cambie la presión de aire para ajustar el Smart Wrap™

Seleccione **+** o **-** para cambiar la presión de aire.

Parta en nivel 1 e incremente la presión en incrementos unitarios. No sobrepase la presión de aire más allá de donde se sienta cómodo.

Presione **Stop** para terminar con el tratamiento.



* Siga la prescripción del médico para el tratamiento



Escanee
aquí para las
instrucciones de
uso completas



IMPORTANTE: Lea la instrucciones completas, incluyendo indicaciones, contraindicaciones, precauciones, y advertencias antes de usar este producto. Para obtener ayuda sobre el uso del sistema Kelvi Pro™, comuníquese con su profesional médico o especialista licenciado en salud.

